

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2021]量标青证城阳字第010号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 青岛斯坦德计量研究院有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 数字压力计检定装置 代码 12416500
Name of Measurement Standard Code

测量范围 (-0.1 ~ 60) MPa
Measuring range

不确定度或准确度等级
或最大允许误差 0.02级
Uncertainty/Accuracy Class/
Maximum Permissible Error

保存地点 山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场D2-2区域力学
计量室
Installed in

发证机关(印章)
The issuing authority
发证日期 2021年3月26日
Date issued
有效期至 2026年3月25日
Date of expiry

0010604

计量标准器 Measurement Standard	计量器具名称 Measuring Instrument	型号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	活塞式压力计	CV-60T	(0.1~6) MPa	0.02级	陕西创威科技有 限公司20160
	活塞式压力计	CV-600T	(1~60) MPa	0.02级	陕西创威科技有 限公司20122
	活塞式压力真空计	CWZ-6T	(-0.1~0.6) MPa	0.02级	陕西创威科技有 限公司Z105
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	数字绝缘电阻测试仪	KD2671A	OHM: (1~2000) MΩ	10级	武汉市康达电气 有限公司 67119041102A
	温湿度表	JR900	(-10~50) °C (20~99)%RH	温度MPE: ±1°C 湿度 MPE: ±5%RH	Anymetre001
开展的检定及校准项目 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量 检定规程或计量技术规范的编号 及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
	数字压力计	(-0.1~60) MPa	0.1级及以下	JJG875-2019《数字压力计》	

考评员: 王鹏(青岛)